



Ressonância Magnética

Sugestões para Examinar Pacientes com Implantes

ANTES



- Siga os procedimentos locais para fazer o rastreio ao paciente
- Identifique o fabricante e o modelo de qualquer dispositivo implantado
- Localize as informações de segurança da RM na etiqueta do fabricante do dispositivo



Procure um destes símbolos:

Seguro para a RM. Pacientes com dispositivos Seguros para a RM não têm restrições para serem examinados.



Condicional para a RM. Para pacientes com dispositivos Condicionais para a RM, as condições do implante devem corresponder às informações do sistema de RM.

- Consulte o manual do seu sistema de RM para obter informações sobre o sistema da RM
- Verifique se o sistema da RM cumpre todas as condições constantes na rotulagem Condicional para a RM
- Se as condições não forem cumpridas, o paciente não deverá fazer o exame



Perigoso para a RM. Pacientes com dispositivos Perigosos para a RM não devem ser examinados. Parta do princípio de que qualquer implante não identificado é Perigoso para a RM.



- Documente as informações do dispositivo na ficha médica
- Consulte um médico para tomar decisões de risco / benefício sobre dispositivos Condicionais para a RM:
- Siga todas as regras de preparação para o exame tais como modos específicos de programação

DURANTE

- Para dispositivos Condicionais para a RM, siga todas as regras tais como restrições da taxa de absorção específica (SAR) ou instruções de posicionamento do paciente
- Monitorize o paciente durante o tempo todo

DEPOIS

- Avalie o paciente quanto a desconforto ou ferimentos
- Siga as condições pós-exame tais como verificações do dispositivo ou programação